Información sobre la utilización del inhalador de BREZTRI®

AstraZeneca

BREZTRI® AEROSPHERE®

120 inhalaciones

Para pacientes que utilizan el inhalador BREZTRI® de 120 inhalaciones

Documento informativo sobre el inhalador



Este documento informativo explica a los pacientes que utilizan BREZTRI® AEROSPHERE® de 120 inhalaciones cómo realizar su utilización.
A continuación, realizamos una explicación sobre los siguientes temas. Esperamos que le resulten útiles.

- **Nombre de cada parte del inhalador**
- **Preparación necesaria al utilizar el inhalador**
- **Técnica de inhalación correcta**
- **Dial indicador del número restante de dosis disponibles**
- **Limpieza del accionador**
- **Precauciones de uso**

120

JP-53042
Creado en febrero de 2022

Limpiemos una vez a la semana el accionador

Si el medicamento queda adherido en el interior del envase, el medicamento no se puede pulverizar correctamente. Es importante mantener limpio el accionador.

1 **Después de retirar el cilindro metálico** del accionador, **se debe retirar el tapón.**
Evite que el cilindro metálico que ha extraído se humedezca.


2 **Introducimos agua tibia del grifo** dentro del accionador **durante aproximadamente 30 segundos.**
A continuación, damos la vuelta al accionador y lavamos el interior **durante otros 30 segundos más.**
Después agitamos el accionador para eliminar la mayor cantidad de agua posible que haya en el interior.

3 Por favor, compruebe el interior del accionador y la boquilla de inhalación.
Si hubiera algún resto de medicamento adherido, vuelva a limpiar de nuevo el accionador.

4 El accionador se debe dejar con el tapón retirado en un lugar bien ventilado
para conseguir que se seque bien.
No coloque el cilindro metálico hasta que quede bien seco.

5 **Una vez el accionador esté completamente seco,** coloque el tapón e introduzca lentamente el cilindro metálico en el accionador.

6 Después de haber colocado el cilindro metálico en el accionador, **pruebe a realizar 2 veces las operaciones A y B que aparecen descritas en la portada.**
Una vez hecho, podrá utilizar el inhalador.



Advertencias

- Este medicamento no está destinado a controlar rápidamente el empeoramiento repentino de los síntomas.
- Este medicamento se debe inhalar diariamente según las indicaciones de su médico. No interrumpa o cambie la inhalación a su criterio, independientemente de la presencia o ausencia de síntomas.
- Abra la bolsa de aluminio inmediatamente antes de empezar a usarlo.
- Una vez abierta la bolsa de aluminio, guárdelo en un lugar seco al abrigo de la humedad.
- Si han pasado más de tres meses desde que se abrió la bolsa de aluminio, elimine el medicamento, aunque quede algo.
- La bolsa de transporte incluida también puede utilizarse para guardarlo.
- Limpie el accionador una vez a la semana.
- No rompa, perfore ni arroje el cilindro metálico al fuego, aunque esté vacío. No lo utilice ni almacene cerca de llamas o del fuego.
- Para desecharlo, siga las normas locales de eliminación de residuos.

※Consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda o pregunta.

Para ponerse en contacto

Teléfono gratuito para pacientes **0120-119-703** de 9:00 a 17:30, excepto sábados, domingos, días festivos y durante días festivos de la compañía

Fabricante y comercializador: AstraZeneca

JP-53042
Creado en febrero de 2022

Para pacientes que utilizan BREZTRI® AEROSPHERE® de 120 inhalaciones

Documento informativo sobre el inhalador


Realice dos inhalaciones dos veces al día.

Limpiemos el accionador una vez a la semana.		
Día de limpieza	①	/ /
	②	/ /
	③	/ /
	④	/ /

El día establecido para realizar el recambio, utilicemos el nuevo medicamento.	
Fecha para el recambio de medicamento	/ /

※Por favor, compruebe el método de limpieza que se indica en el reverso de este documento informativo.

Nombre de cada parte del inhalador



! Cuando se vaya a utilizar un inhalador por primera vez, es necesario realizar las siguientes operaciones

A Se quita el tapón y **se agita repetidamente**

※Tome el lado izquierdo y derecho del tapón y retírelo en línea recta.

B Se oprime el botón y **se realiza una pulverización al aire**

※Al oprimir el botón se realiza una pulverización del medicamento, por lo que debemos tener cuidado de que no nos entre en los ojos.

120 inhalaciones Debemos **repetir 2 veces** las operaciones A y B.


En los siguientes casos, el procedimiento de preparación anterior A y B debe realizarse dos veces antes de su uso.

- Después de limpiar el accionador
- Si el inhalador se ha caído
- Si han pasado más de 7 días desde el último uso

Método correcto de inhalación



Compruebe en el dial indicador de las dosis restantes que la cantidad restante no sea «0» (que la flecha indicadora no indica el fondo rojo).



Retire el tapón y compruebe que no haya nada obstaculizando la boquilla de inhalación ni tampoco en la parte interior.
※Tenga cuidado de no oprimir el botón.

1 Retire el tapón y agite repetidamente

※Tome el lado izquierdo y derecho del tapón y retírelo en línea recta.



2 Antes de aspirar, saque el aire de sus pulmones lo suficiente



3 Introduzca la boquilla del inhalador en su boca, mientras aspira lenta y profundamente presione el botón para realizar la pulverización.



4 Separe los labios de la boquilla del inhalador y retenga la respiración durante al menos 3 segundos. Después de aguantar la respiración, exhale lentamente.


※Tenga cuidado de no echar el aire en la boquilla del inhalador.



5 Repita el procedimiento del paso **1** al paso **4** , una vez más. En total realice **2 inhalaciones.**

6 Cierre el tapón y como último paso **haga gárgaras.**
Si no puede hacer gárgaras con facilidad, enjuáguese la boca.


Si le resulta difícil presionar el botón, existen dispositivos de ayuda para la inhalación. Consulte a su médico o farmacéutico.




Acerca del dial indicador del número restante de dosis disponibles

La flecha indicadora se desplaza cada vez que se realiza una pulverización e indica el número restante de dosis disponibles.

Al empezar el medicamento




La flecha indica una posición superior a «120», debido a que se incluye la primera pulverización que se realiza al aire y la pulverización que también se realiza al aire, después de haber realizado la limpieza.



Después de un uso continuado, la flecha indicadora se acerca a los dígitos con un fondo amarillo. Antes de que la flecha indicadora se acerque al fondo de color rojo, tenga preparado un nuevo inhalador.

Al final del contenido del medicamento



Cuando la flecha indicadora indique el «0» con un fondo rojo, sustituya el inhalador por uno nuevo.

Puede ver el vídeo explicativo para comprobar cómo realizar la inhalación.

Puede escanear este código bidimensional con su teléfono inteligente o dispositivo similar.

Este sitio web ofrece información dirigida a los pacientes a los que se les ha recetado BREZTRI®. Por favor, no ofrezca el código bidimensional ni la URL a nadie más.

Para acceder a la información desde un ordenador, utilice la siguiente URL:

https://www2.astrazeneca.co.jp/ars/breztri/join/index.html