Información sobre la utilización del inhalador de BREZTRI®

AstraZeneca

# BREZTRI® AEROSPHERE®

# 56 inhalaciones

**Para pacientes que utilizan el inhalador BREZTRI® de 56 inhalaciones**

## Documento informativo sobre el inhalador



Este documento informativo explica a los pacientes que utilizan BREZTRI® AEROSPHERE® de 56 inhalaciones cómo realizar su utilización.
A continuación, realizamos una explicación sobre los siguientes temas. Esperamos que le resulten útiles.

- **Nombre de cada parte del inhalador**
- **Preparación necesaria al utilizar el inhalador**
- **Técnica de inhalación correcta**
- **Dial indicador del número restante de dosis disponibles**
- **Limpieza del accionador**
- **Precauciones de uso**

56

JP-53040
Creado en febrero de 2022

## Limpiemos una vez a la semana el accionador

Si el medicamento queda adherido en el interior del envase, el medicamento no se puede pulverizar correctamente. Es importante mantener limpio el accionador.

**1** **Después de retirar el cilindro metálico** del accionador, **se debe retirar el tapón.**
**Evite que el cilindro metálico que ha extraído se humedezca.**


**2** **Introducimos agua tibia del grifo** dentro del accionador **durante aproximadamente 30 segundos.**
A continuación, damos la vuelta al accionador y lavamos el interior **durante otros 30 segundos más.**
Después agitamos el accionador para eliminar la mayor cantidad de agua posible que haya en el interior.

**3** Por favor, compruebe el interior del accionador y la boquilla de inhalación.
Si hubiera algún resto de medicamento adherido, vuelva a limpiar de nuevo el accionador.

**4** El accionador se debe dejar con el tapón retirado en un lugar bien ventilado
**para conseguir que se seque bien.**
No coloque el cilindro metálico hasta que quede bien seco.

**5** **Una vez el accionador esté completamente seco,** coloque el tapón e introduzca lentamente el cilindro metálico en el accionador.

**6** Después de haber colocado el cilindro metálico en el accionador, **pruebe a realizar 2 veces las operaciones A y B que aparecen descritas en la portada.**
Una vez hecho, podrá utilizar el inhalador.




## Advertencias

- Este medicamento no está destinado a controlar rápidamente el empeoramiento repentino de los síntomas.
- Este medicamento se debe inhalar diariamente según las indicaciones de su médico. No interrumpa o cambie la inhalación a su criterio, independientemente de la presencia o ausencia de síntomas.
- Abra la bolsa de aluminio inmediatamente antes de empezar a usarlo.
- Una vez abierta la bolsa de aluminio, guárdelo en un lugar seco al abrigo de la humedad.
- Si han pasado más de 6 semanas desde que se abrió la bolsa de aluminio, elimine el medicamento, aunque quede algo.
- La bolsa de transporte incluida también puede utilizarse para guardarlo.
- Limpie el accionador una vez a la semana.
- No rompa, perfore ni arroje el cilindro metálico al fuego, aunque esté vacío. No lo utilice ni almacene cerca de llamas o del fuego.
- Para desecharlo, siga las normas locales de eliminación de residuos.

※Consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda o pregunta.


**Para ponerse en contacto**

Teléfono gratuito para pacientes **0120-119-703** de 9:00 a 17:30, excepto sábados, domingos, días festivos y durante días festivos de la compañía

**Fabricante y comercializador:** AstraZeneca



JP-53040
Creado en febrero de 2022


# Para pacientes que utilizan BREZTRI® AEROSPHERE® de 56 inhalaciones

## Documento informativo sobre el inhalador


## Realice dos inhalaciones dos veces al día.

| Limpiemos el accionador una vez a la semana. | |
|---|---|
| **Día de limpieza** | / / |

※Por favor, compruebe el método de limpieza que se indica en el reverso de este documento informativo.

| El día establecido para realizar el recambio, utilicemos el nuevo medicamento. | |
|---|---|
| **Fecha para el recambio de medicamento** | / / |

## Nombre de cada parte del inhalador





**! Cuando se vaya a utilizar un inhalador por primera vez, es necesario realizar las siguientes operaciones**

**A** Se quita el tapón y **se agita repetidamente**

※Tome el lado izquierdo y derecho del tapón y retírelo en línea recta.

**B** Se oprime el botón y **se realiza una pulverización al aire**

※Al oprimir el botón se realiza una pulverización del medicamento, por lo que debemos tener cuidado de que no nos entre en los ojos.



**56 inhalaciones** Debemos **repetir 4 veces** las operaciones A y B.


En los siguientes casos, el procedimiento de preparación anterior A y B debe realizarse dos veces antes de su uso.

- Después de limpiar el accionador
- Si el inhalador se ha caído
- Si han pasado más de 7 días desde el último uso

# Método correcto de inhalación



**Compruebe en el dial indicador de las dosis restantes que la cantidad restante no sea «0» (que la flecha indicadora no indica el fondo rojo).**



Retire el tapón y compruebe que no haya nada obstaculizando la boquilla de inhalación ni tampoco en la parte interior.

※Tenga cuidado de no oprimir el botón.

## 1 Retire el tapón y agite repetidamente

※Tome el lado izquierdo y derecho del tapón y retírelo en línea recta.



## 2 Antes de aspirar, saque el aire de sus pulmones lo suficiente



## 3 Introduzca la boquilla del inhalador en su boca, mientras aspira lenta y profundamente presione el botón para realizar la pulverización.



## 4 Separe los labios de la boquilla del inhalador y retenga la respiración durante al menos 3 segundos. Después de aguantar la respiración, exhale lentamente.


※Tenga cuidado de no echar el aire en la boquilla del inhalador.



**5** Repita el procedimiento del paso **1** al paso **4** , una vez más. En total realice **2 inhalaciones.**

**6** Cierre el tapón y como último paso **haga gárgaras.**
Si no puede hacer gárgaras con facilidad, enjuáguese la boca.


Si le resulta difícil presionar el botón, existen dispositivos de ayuda para la inhalación. Consulte a su médico o farmacéutico.




# Acerca del dial indicador del número restante de dosis disponibles

**La flecha indicadora se desplaza cada vez que se realiza una pulverización e indica el número restante de dosis disponibles.**

### Al empezar el medicamento




La flecha indica una posición superior a «60», debido a que se incluye la primera pulverización que se realiza al aire y la pulverización que también se realiza al aire, después de haber realizado la limpieza.



Después de un uso continuado, la flecha indicadora se acerca a los dígitos con un fondo amarillo. Antes de que la flecha indicadora se acerque al fondo de color rojo, tenga preparado un nuevo inhalador.

### Al final del contenido del medicamento



Cuando la flecha indicadora indique el «0» con un fondo rojo, sustituya el inhalador por uno nuevo.

**Puede ver el vídeo explicativo para comprobar cómo realizar la inhalación.**

Puede escanear este código bidimensional con su teléfono inteligente o dispositivo similar.

Este sitio web ofrece información dirigida a los pacientes a los que se les ha recetado BREZTRI®. Por favor, no ofrezca el código bidimensional ni la URL a nadie más.

**Para acceder a la información desde un ordenador, utilice la siguiente URL:**

https://www2.astrazeneca.co.jp/ars/breztri/join/index.html